

АО «НПП «Дельта»



26.51.53.110

Код продукции

Газоанализатор ИГС-98, модификация Сирень-СВ, исполнение 023

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.023

Обозначение документа

Технические характеристики

Параметр		Характеристика
Сигнализация		
Световая	Цифровое табло 4 цифры	
Звуковая	Отсутствует	
Выходной сигнал		
Токовый	4 - 20 мА	
Цифровой	Modbus RTU 9600 8N1	
Дискретные выходы	Неисправность, порог 1, порог 2	
Токовый коэффициент	0,5 мА/ мг/м ³	
Электрические характеристики		
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения)	24 В 10,5 - 24 В	
Потребляемая мощность, не более	2,5 Ватт	
Пороги срабатывания		
Канал	Порог 1	Порог 2
1	3 мг/м ³	10 мг/м ³
Габаритные размеры		
Высота	222 мм	
Ширина	203 мм	
Длина	136 мм	
Масса		
Не более	1900 г	
Защита корпуса		
Степень защиты оболочки	IP65	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	- 60 °С ≤ Ta ≤ +50 °С	
Атмосферное давление	от 84 до 120 кПа	
Относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации влаги)	от 5 до 95 %	

Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, ± %	
			Приведенной	Относительной
Сероводород, H ₂ S	0,1-32 мг/м ³	от 0,1 до 3 мг/м ³	15	15
		от 3 до 32 мг/м ³		

Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Газоанализатор ИГС-98, модификация Сирень-СВ, исполнение 023 (от 0,1 до 32 мг/м ³)	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации (одно на партию)	1 шт.

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Срок службы газоанализаторов (с учетом времени хранения) - 10 лет при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения установленных эксплуатационной документацией

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – 12 месяцев.

Изготовитель:

Производство АО «НПП «Дельта»
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
Тел./факс: +7 499 153-1341, +7 499 154-4196, +7 499 153-6121,
+7 499 767-0136, +7 495 450-2748
Web: <http://www.nppdelta.ru> E-mail: corre@nppdelta.ru, delta-5@yandex.ru

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98, модификация Сирень-СВ,
исполнение 023 (от 0,1 до 32 мг/м3)

Наименование

№ 114365

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Подпись

21.05.2021

Год, месяц, число

Реализация

21.05.2021

Дата продажи

Подпись

Продавец